



интерсэн
П.А.Ю.С.

8 495 921 35 32 | 8 800 333 35 32 | www.intersen.ru | ИНН 7704160309

Р49, 141 004, Москва (кадастр. в Мэрии), ул. Олимпиадная, д.19, сек./литера 13/А, комната 9-13

Паспорт качества № 006-25 от 18.03.2025

Наименование продукции: Полоски индикаторные для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств «ОПТИМАКС», «ОПТИМАКС интро», «ОПТИМАКС проф» производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

Наименование индикаторных полосок: «*Оптимакс-ТЕСТ*»

Номер партии: 006-25

Дата выпуска: 12.03.2025

Количество средства в партии: 560 шт.

Срок годности: 1,5 года с даты изготовления

Показатели качества

Наименование испытаний	Требование ТУ	Результаты испытаний
Состояние поверхности индикаторной зоны	Однотонная, без посторонних включений	Соотв.
Соответствие шкале концентраций средства ОПТИМАКС, ОПТИМАКС интро, ОПТИМАКС проф, %	0,25 - 0,5 - 1,0 – 2,0 - 3,0 - 5,0	Соотв.

Вывод: качество продукции соответствует требованиям ТУ 9398-001-46842767-2006

Протокол испытаний № 309/П-25

Фасовка:

Банка 85 см³ по 50 индикаторных полосок: 560 шт.

Инженер - химик

Зав. лабораторией ОТК

Ю.Н. Нестерова

С.А. Волкова